

MUNICIPIO DE FUNDAO
FUNDÃO-ES

ATA DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2026

Processo Administrativo Nº 2026-2CWST

Tipo: REGISTRO DE PREÇO

PREGOEIRO: CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA GUSTAVO

Data de Publicação: 22/06/2026 13:46:36

LOTE 1 - HOMOLOGADO - 29/07/2026 07:38:59

Lote 00001 - CAMARA FRIA, CAPACIDADE DE 280 LITROS.cAmara fria 280 litros - equipamentovertical, formato interno e externo retangular,desenvolvido e projetado para a guardacientifica de vacinas, medicamentos, laboratorio,sangue e assemelhados, c

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UND	Marca: PROPRIA	Modelo: PROPRIA
Descrição: CÂMARA FRIA 280 LITROS			
Equipamento vertical, com formato interno e externo retangular, desenvolvido para o armazenamento científico de vacinas, medicamentos, sangue, materiais laboratoriais e produtos correlatos, com capacidade mínima de 280 litros, contendo, no mínimo, as seguintes características:			
? Faixa de temperatura de trabalho entre 2°C e 8°C;			
? Gabinete externo confeccionado em chapa de aço, incluindo a parte traseira, com pintura eletrostática texturizada;			
? Isolamento térmico com espessura mínima de 7 cm nas paredes laterais e traseira;			
? Porta de vidro com tecnologia antiembaçante e perfil de alumínio anodizado de alta resistência e durabilidade, permitindo a visualização interna sem necessidade de abertura da porta;			
? No mínimo 04 (quatro) prateleiras removíveis com travas laterais de segurança ou gavetas em aço inoxidável, podendo possuir ou não contraportas em acrílico;			
? Difusor interno para distribuição uniforme do ar refrigerado;			
? Sistema de refrigeração por compressor hermético AC ou DC;			
? Sistema de circulação forçada de ar, com recuperação da temperatura interna em até 15 minutos após abertura da porta;			
? Sistema de degelo automático seco, com evaporação do condensado na parte traseira do equipamento, sem risco aos produtos armazenados;			
? Sistema de comando único para controle e programação das funções por meio de painel frontal;			
? Exibição simultânea, em painel LCD, das temperaturas instantânea, máxima e mínima, além de data, hora e nível de carga da bateria;			
? Apresentação simultânea e rotativa dos alarmes no painel, quando houver mais de um alarme acionado;			
? Memória interna permanente para armazenamento dos registros de temperatura, eventos, gráficos e alarmes durante toda a vida útil do equipamento;			
? Sistema de alerta para falha de memória, com mensagem exibida no painel LCD;			
? Registro da temperatura a cada 1 (um) minuto, bem como dos alarmes e eventos em tempo real;			
? Exportação dos dados por meio de porta USB, utilizando pendrive, garantindo a rastreabilidade das informações;			
? Software para leitura dos dados exportados e geração de relatórios em formato PDF, contendo identificação do número de série do equipamento e do usuário, conforme padrão da ANVISA;			
(DEMAIS CARACTERISTICAS NO EDITAL RETIFICADO).			

Quantidade: 5

Valor Unit.: 14.248,00

Valor Total: 71.240,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERAÇÃO	130	81.618.753/0001-67	21.660,00	14.248,00		Não
2 FLORESCE MERCANTIL LTDA	759	02.143.789/0001-65	23.804,00	19.450,00	36,51	Sim
3 LIGA HOSPITALAR LTDA	693	29.259.075/0001-73	21.665,00	20.350,00	4,63	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

MUNICIPIO DE FUNDÃO
FUNDÃO-ES

AUTORIDADE: FERNANDO GUSTAVO DA VITÓRIA